



Paracelsus-Klinik - Am Natruper Holz 69 - 49076 Osnabrück

Herr  
Horst Stippe  
Seekamp 54  
  
28870 Ottersberg

Am Natruper Holz 69  
49076 Osnabrück

Telefon: (05 41) 9 66-0  
Telefax: (05 41) 68 13 53

e-mail: osnabrueck@pk-in-ale  
www.paracelsus-kliniken.de/osnabrueck

**Stellv. Pflegedienstleiter**

**Carsten Wöhler**

Telefon: (0541) 966-1201

Telefax: (0541) 966-1210  
carsten.woehler@pk-rnx.de

**Datum:** 21.03.2007

### Produktbeurteilung „CLEANIUS“

Sehr geehrter Herr Stippe,

im Namen der Paracelsus-Klinik Osnabrück möchte ich mich für die Teststellung des ergonomischen Steckbeckens „CLEANIUS“ bedanken.

Sie gaben uns die Möglichkeit das Produkt über einen mehrmonatigen Zeitraum intensiv und umfassend auf seine Praxistauglichkeit zu erproben. Der Einsatz erfolgte unsererseits jeweils auf einer neurologischen, urologischen und neurochirurgischen Pflegestation.

Nach anfänglichen Berührungsängsten durch unsere Mitarbeiterschaft wurden die zwei zur Verfügung gestellten Steckbecken insgesamt rege eingesetzt.

Zu dem Produkt:

- Nach kurzer Eingewöhnungsphase stellt sich die Handhabung seitens unserer Pflegekräfte als einfach und unkompliziert dar
- Das Material ist für den Patienten deutlich hautsympathischer als Metall (Wärme- und Kälteempfinden)
- Die Auflagefläche ist deutlich vergrößert und verringert dadurch, auch gerade bei längerer Anwendung, Hautschädigungen
- Patienten mit Kenntnis und Erfahrungen mit dem herkömmlichen Steckbecken fühlen sich anfänglich unsicher aufgrund einer Neigung zum Wackeln (vergrößerte Auflagefläche); dieses Phänomen verflüchtigt sich aber mit der Häufigkeit der Anwendung des „CLEANIUS“
- Patienten die zum ersten Mal ein Steckbecken benutzten hatten keine Berührungsängste und äußerten sich insgesamt positiv (die Form des „CLEANIUS“ sorgte für Erheiterung)
- Der Aspekt zur besseren Wahrung der „Intimsphäre“ kam bei der Anwendung des „CLEANIUS“ in unserer Klinik nicht zum Tragen (mögliches Erklärungsmuster: Erwartetes Rollenverhalten des Patienten)
- Eine Verschmutzung des Bettes ist bei sachgerechter Anwendung auszuschließen

Das Steckbecken „CLEANIUS“ ist ein hochinnovatives Produkt. Die Form folgt dabei der Funktion.

Dem Produktentwickler und dem -vertrieb, Herrn Utz, und der Firma KODRA, wünsche ich, dass sich das neue Steckbecken am Markt durchsetzen wird. Aufgrund einer Systematisierung unserer Spülautomaten wurde sich in unserem Hause für einen Mitbewerber entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Wöhler  
Stellv. Pflegedienstleiter

Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH  
Sitz: Osnabrück

Geschäftsführer:  
Assessor Joachim Beyer  
Assessor Peter Clausing  
Aufsichtsratsvorsitzender:  
Assessor Klaus Schenke  
Amtsgericht Osnabrück HRB 18412  
Verwaltungsdirektor:  
Dipl. Oec. Winfried Mertens  
Ärztliche Leitung:  
Prof. Dr. Wolfgang Wagner  
Bankverbindung:  
Sparkasse Osnabrück  
Konto 58 487 - BLZ 265 501 01  
Stand: 06.06